

Rolflex
TONIC®

Product sheet / Fiche produit

*Non c'è articolazione
del corpo umano su
cui la locomozione
abbia imposto un
carico più pesante, e
non c'è nemmeno
articolazione più
pronta a ne
subire l'abuso.*

*Costruire un
giunto così
esposto a
sollecitazioni
meccaniche con
qualsiasi
assicurazione di
sicurezza era tentare
l'impossibile per
l'ingegno della natura.*

A. Steindler ⁽¹⁾



REFERENZE



Condili	PS / Postero Stabilizzato				UC / Ultra Congruente				Patella				
	Cementato		Senza cemento		Cementato		Senza cemento						
	Dx	Sx	Dx	Sx	Dx	Sx	Dx	Sx					
	Taglia 0	G33 FPCD00	(1) G33 FPCG00	(1) G33 FPRD00	(1) G33 FPRG00	(1) G33 FUCD00	(1) G33 FUCG00	(1) G33 FURD00	(1) G33 FURG00	Ø23	G33 ROT023		
	Taglia 1	G33 FPCD01	G33 FPCG01	G33 FPRD01	G33 FPRG01	G33 FUCD01	G33 FUCG01	G33 FURD01	G33 FURG01	Ø25	G33 ROT025		
	Taglia 2	G33 FPCD02	G33 FPCG02	G33 FPRD02	G33 FPRG02	G33 FUCD02	G33 FUCG02	G33 FURD02	G33 FURG02	Ø28	G33 ROT028		
	Taglia 3	G33 FPCD03	G33 FPCG03	G33 FPRD03	G33 FPRG03	G33 FUCD03	G33 FUCG03	G33 FURD03	G33 FURG03				
	Taglia 4	G33 FPCD04	G33 FPCG04	G33 FPRD04	G33 FPRG04	G33 FUCD04	G33 FUCG04	G33 FURD04	G33 FURG04				
	Taglia 5	G33 FPCD05	G33 FPCG05	G33 FPRD05	G33 FPRG05	G33 FUCD05	G33 FUCG05	G33 FURD05	G33 FURG05				
	Taglia 6	G33 FPCD06	G33 FPCG06	G33 FPRD06	G33 FPRG06	G33 FUCD06	G33 FUCG06	G33 FURD06	G33 FURG06				
Taglia 7	G33 FPCD07	G33 FPCG07	G33 FPRD07	G33 FPRG07	G33 FUCD07	G33 FUCG07	G33 FURD07	G33 FURG07					
Taglia 8	G33 FPCD08	G33 FPCG08	G33 FPRD08	G33 FPRG08	G33 FUCD08	G33 FUCG08	G33 FURD08	G33 FURG08					
Taglia 9	G33 FPCD09	(1) G33 FPCG09	(1) G33 FPRD09	(1) G33 FPRG09	(1) G33 FUCD09	(1) G33 FUCG09	(1) G33 FURD09	(1) G33 FURG09					
Base Tibiale	Fissa				Rotante				Chiglia Tibiale				
	Cementato		Senza cemento		Cementato		Senza cemento						
	Dx	Sx	Dx	Sx	Dx	Sx	Dx	Sx					
	Taglia 0	G33 TFCD00	(1) G33 TFCG00	(1) G33 TFRD00	(1) G33 TFRG00	(1) G33 TMCD00	(1) G33 TMCG00	(1) G33 TMRD00	(1) G33 TMRG00	Ø13	I.20mm	G33 QT1320	
	Taglia 1	G33 TFCD01	(1) G33 TFCG01	(1) G33 TFRD01	(1) G33 TFRG01	(1) G33 TMCD01	(1) G33 TMCG01	(1) G33 TMRD01	(1) G33 TMRG01	Ø13	I.40mm	G33 QT1340	
	Taglia 2	G33 TFCD02	G33 TFCG02	G33 TFRD02	G33 TFRG02	G33 TMCD02	G33 TMCG02	G33 TMRD02	G33 TMRG02	Ø13	I.70mm	G33 QT1370	
	Taglia 3	G33 TFCD03	G33 TFCG03	G33 TFRD03	G33 TFRG03	G33 TMCD03	G33 TMCG03	G33 TMRD03	G33 TMRG03	Ø13	I.110mm	G33 QT13110	
	Taglia 4	G33 TFCD04	G33 TFCG04	G33 TFRD04	G33 TFRG04	G33 TMCD04	G33 TMCG04	G33 TMRD04	G33 TMRG04	Ø15	I.20mm	G33 QT1520	
	Taglia 5	G33 TFCD05	G33 TFCG05	G33 TFRD05	G33 TFRG05	G33 TMCD05	G33 TMCG05	G33 TMRD05	G33 TMRG05	Ø17	I.20mm	G33 QT1720	
	Taglia 6	G33 TFCD06	G33 TFCG06	G33 TFRD06	G33 TFRG06	G33 TMCD06	G33 TMCG06	G33 TMRD06	G33 TMRG06				
Taglia 7	G33 TFCD07	G33 TFCG07	G33 TFRD07	G33 TFRG07	G33 TMCD07	G33 TMCG07	G33 TMRD07	G33 TMRG07					
Taglia 8	G33 TFCD08	(1) G33 TFCG08	(1) G33 TFRD08	(1) G33 TFRG08	(1) G33 TMCD08	(1) G33 TMCG08	(1) G33 TMRD08	(1) G33 TMRG08					
Piatto Tibiale	Fissa				Rotante				UC / Ultra Congruente				
	PS / Postero Stabilizzato				PS / Postero Stabilizzato								
	h.10mm	h.12mm	h.15mm	h.18mm	h.10mm	h.12mm	h.15mm	h.18mm	h.10mm	h.12mm	h.15mm		
	Taglia 0	G33 IFP010	(1) G33 IFP012	(1) G33 IFP015	(1) -	G33 IMP010	G33 IMP012	G33 IMP015	-	G33 IMU010	G33 IMU012	G33 IMU015	
	Taglia 1	G33 IFP110	(1) G33 IFP112	(1) G33 IFP115	(1) G33 IFP118	(1) G33 IMP110	(1) G33 IMP112	(1) G33 IMP115	(1) G33 IMP118	(1) G33 IMU110	(1) G33 IMU112	(1) G33 IMU118	
	Taglia 2	G33 IFP210	G33 IFP212	G33 IFP215	G33 IFP218	G33 IMP210	G33 IMP212	G33 IMP215	G33 IMP218	G33 IMU210	G33 IMU212	G33 IMU215	
	Taglia 3	G33 IFP310	G33 IFP312	G33 IFP315	G33 IFP318	G33 IMP310	G33 IMP312	G33 IMP315	G33 IMP318	G33 IMU310	G33 IMU312	G33 IMU315	
	Taglia 4	G33 IFP410	G33 IFP412	G33 IFP415	G33 IFP418	G33 IMP410	G33 IMP412	G33 IMP415	G33 IMP418	G33 IMU410	G33 IMU412	G33 IMU415	
	Taglia 5	G33 IFP510	G33 IFP512	G33 IFP515	G33 IFP518	G33 IMP510	G33 IMP512	G33 IMP515	G33 IMP518	G33 IMU510	G33 IMU512	G33 IMU515	
	Taglia 6	G33 IFP610	G33 IFP612	G33 IFP615	G33 IFP618	G33 IMP610	G33 IMP612	G33 IMP615	G33 IMP618	G33 IMU610	G33 IMU612	G33 IMU615	
Taglia 7	G33 IFP710	G33 IFP712	G33 IFP715	G33 IFP718	G33 IMP710	G33 IMP712	G33 IMP715	G33 IMP718	G33 IMU710	G33 IMU712	G33 IMU715		
Taglia 8	G33 IFP810	(1) G33 IFP812	(1) G33 IFP815	(1) G33 IFP818	(1) G33 IMP810	G33 IMP812	G33 IMP815	G33 IMP818	(1) G33 IMU810	G33 IMU812	G33 IMU815		
Taglia 9	-	-	-	-	G33 IMP910	(1) G33 IMP912	(1) G33 IMP915	(1) G33 IMP918	(1) G33 IMU910	(1) G33 IMU912	(1) G33 IMU915		
Inserti	Tibiali												
	h.5mm	h.10mm											
	Taglia 0	G33 CT0500	(1) G33 CT1000										
	Taglia 1	G33 CT0501	(1) G33 CT1001										
	Taglia 2	G33 CT0502	(1) G33 CT1002										
	Taglia 3	G33 CT0503	(1) G33 CT1003										
	Taglia 4	G33 CT0504	(1) G33 CT1004										
	Taglia 5	G33 CT0505	(1) G33 CT1005										
	Taglia 6	G33 CT0506	(1) G33 CT1006										
	Taglia 7	G33 CT0507	(1) G33 CT1007										
Taglia 8	G33 CT0508	(1) G33 CT1008											



Protesi totale del ginocchio per prima intenzione e revisione



Protesi totale del ginocchio per prima intenzione e revisione

Note Legali
Gli impianti ROLFLEX TONIC sono dei dispositivi medici impiantabili di classe III, indicati per le artroplastiche primarie totali del ginocchio (PTG).
Gli impianti ROLFLEX TONIC sono presi in carico dall'assicurazione sanitaria in determinate condizioni.
Il chirurgo è espressamente invitato a consultare le istruzioni menzionate sul foglietto illustrativo, incluso nella confezione del DM o scaricabile dal sito www.evolutisfrance.com, così come nel manuale di tecnica operatoria H34 451 (Rolflex TONIC tagli indipendenti) o H50 452 (Rolflex TONIC tagli dipendenti) e H50 453 (Impianti di patella) consegnato assieme al materiale presso la sua Struttura o disponibile anche sul sito www.evolutisfrance.com.
Materiali:
Condili: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-4 (cementato) o conforme ISO 5832-4 rivestito Ti macroporoso (non cementato).
Piatra tibiale: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-4 (cementato) o UHMWPE conforme ISO 5834-1&2 o lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-4 rivestito Ti macroporoso (non cementato) e UHMWPE conforme ISO 5834-1&2.
Piatto tibiale e rotula: UHMWPE PEXEL conforme ISO 5834-1&2 E inox conforme 5832-1
Fittone tibiale: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-12
Inserto: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-4
Confezione sotto vuoto VacUpac. Sterilizzazione: Raggi Gamma.