

Capitole®

Fiche Produit



*Cupule acétabulaire à double mobilité pour
arthroplastie primaire ou de révision*

References



Capitole I



Capitole T




Capitole R

CAPITOLE dual mobility liner Insert à double mobilité CAPITOLE


Liner ø Insert	Inner ø Interne 22.2 PE	Inner ø Interne 28 PE
ø45	H51 M2245	-
ø47	H51 M2247	H51 M2847
ø49	H51 M2249	H51 M2849
ø51	H51 M2251	H51 M2851
ø53	H51 M2253	H51 M2853
ø55	H51 M2255	H51 M2855
ø57	H51 M2257	H51 M2857
ø59	H51 M2259	H51 M2859
ø61	H51 M2261	H51 M2861
ø63	H51 M2263	H51 M2863
ø65	H51 M2265	H51 M2865

Screws and Pegs Vis et plots

Description	ø (mm)	L. (mm)	Cat N°
Cortical screw / <i>Vis corticale</i>	5	35	01-025-04-0535
Cortical screw / <i>Vis corticale</i>	5	40	01-025-04-0540
Cortical screw / <i>Vis corticale</i>	5	45	01-025-04-0545
Cortical screw / <i>Vis corticale</i>	5	50	01-025-04-0550
Cortical screw / <i>Vis corticale</i>	5	55	01-025-04-0555
Cortical screw / <i>Vis corticale</i>	5	60	01-025-04-0560
Tripode pegs (set of 2) <i>Plots Tripode (par 2)</i>	7	15	01-025-05-0100



**Instrumentation
CAPITOLE
H52 9100**



**Instrumentation
CAPITOLE
H52 9101**

Mentions légales :

Les implants CAPITOLE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH), ou pour les révisions de prothèse (PTHR) acétabulaire de la hanche.

Les implants CAPITOLE sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Merci de vous reporter au site officiel de l'Assurance Maladie : www.ameli.fr.

Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0323 incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire en français (H52 450) ou en anglais (H52 451) délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Matériaux :

Cupules : I/T/R : Acier inoxydable à Haute Teneur en Azote selon ISO 5832-9 revêtu T40 poreux et Hydroxyapatite. C : Acier inoxydable selon ISO 5832-1

Inserts : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2

Vis : Acier inoxydable selon ISO 5832-1

Plots : alliage de titane (TA6V) selon ISO 5832-3

Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac



10 Place des Tuilliers, 42720 Briennon, France
18 Avenue du Polygone, 42300 Roanne, France
Tel : +33. (0)477.60.79.99 - Fax : +33. (0)477.60.79.90

