

Rolflex
TONIC®

Product sheet / Fiche produit

There is no joint in the human body on which the locomotion has imposed a heavier load, and there is no joint either more prompt to experience the abuse.

Build a joint so exposed to mechanical stresses with any insurance of safety was attempting the impossible for the ingenuity of the nature.

A.Steindler ⁽¹⁾



REFERENCES



Condyles Condyles	PS / Postéro-Stabilisés				UC / Ultra-congruents				Patella Rotule	
	Cemented / A cimenter		Cementless / Sans ciment		Cemented / A cimenter		Cementless / Sans ciment			
	R / D	L / G	R / D	L / G	R / D	L / G	R / D	L / G		
Sz./T 1	G33 FPCD01	G33 FPCG01	G33 FPRD01	G33 FPRG01	G33 FUCD01 (1)	G33 FUCG01 (1)	G33 FURD01 (1)	G33 FURG01 (1)	ø23	G33 ROT023
Sz./T 2	G33 FPCD02	G33 FPCG02	G33 FPRD02	G33 FPRG02	G33 FUCD02	G33 FUCG02	G33 FURD02	G33 FURG02	ø25	G33 ROT025
Sz./T 3	G33 FPCD03	G33 FPCG03	G33 FPRD03	G33 FPRG03	G33 FUCD03	G33 FUCG03	G33 FURD03	G33 FURG03	ø28	G33 ROT028
Sz./T 4	G33 FPCD04	G33 FPCG04	G33 FPRD04	G33 FPRG04	G33 FUCD04	G33 FUCG04	G33 FURD04	G33 FURG04		
Sz./T 5	G33 FPCD05	G33 FPCG05	G33 FPRD05	G33 FPRG05	G33 FUCD05	G33 FUCG05	G33 FURD05	G33 FURG05		
Sz./T 6	G33 FPCD06	G33 FPCG06	G33 FPRD06	G33 FPRG06	G33 FUCD06	G33 FUCG06	G33 FURD06	G33 FURG06		
Sz./T 7	G33 FPCD07	G33 FPCG07	G33 FPRD07	G33 FPRG07	G33 FUCD07	G33 FUCG07	G33 FURD07	G33 FURG07		
Sz./T 8	G33 FPCD08	G33 FPCG08	G33 FPRD08	G33 FPRG08	G33 FUCD08	G33 FUCG08	G33 FURD08	G33 FURG08		
Sz./T 9	G33 FPCD09	G33 FPCG09	G33 FPRD09	G33 FPRG09	G33 FUCD09	G33 FUCG09	G33 FURD09	G33 FURG09 (1)		

(1) Sizes of implants available only on request, not included in the standard set.
Taille d'implants disponibles uniquement sur demande, non inclus dans la gamme livrée en standard.

Tibial Baseplate Embase tibiale	Fixed / Fixe				Rotating / Rotatoire				Tibial Keel Quille Tibiale		
	Cemented / A cimenter		Cementless / Sans ciment		Cemented / A cimenter		Cementless / Sans ciment				
	R / D	L / G	R / D	L / G	R / D	L / G	R / D	L / G			
Sz./T 0	G33 TFCD00 (1)	G33 TFCG00 (1)	G33 TFRD00 (1)	G33 TFRG00 (1)	G33 TMCD00 (1)	G33 TMCG00 (1)	G33 TMRD00 (1)	G33 TMRG00 (1)	ø13	1.20mm	G33 QT1320
Sz./T 1	G33 TFCD01 (1)	G33 TFCG01 (1)	G33 TFRD01 (1)	G33 TFRG01 (1)	G33 TMCD01 (1)	G33 TMCG01 (1)	G33 TMRD01 (1)	G33 TMRG01 (1)	ø13	1.40mm	G33 QT1340
Sz./T 2	G33 TFCD02	G33 TFCG02	G33 TFRD02	G33 TFRG02	G33 TMCD02	G33 TMCG02	G33 TMRD02	G33 TMRG02	ø13	1.70mm	G33 QT1370
Sz./T 3	G33 TFCD03	G33 TFCG03	G33 TFRD03	G33 TFRG03	G33 TMCD03	G33 TMCG03	G33 TMRD03	G33 TMRG03	ø13	1.110mm	G33 QT13110
Sz./T 4	G33 TFCD04	G33 TFCG04	G33 TFRD04	G33 TFRG04	G33 TMCD04	G33 TMCG04	G33 TMRD04	G33 TMRG04	ø15	1.20mm	G33 QT1520
Sz./T 5	G33 TFCD05	G33 TFCG05	G33 TFRD05	G33 TFRG05	G33 TMCD05	G33 TMCG05	G33 TMRD05	G33 TMRG05	ø17	1.20mm	G33 QT1720
Sz./T 6	G33 TFCD06	G33 TFCG06	G33 TFRD06	G33 TFRG06	G33 TMCD06	G33 TMCG06	G33 TMRD06	G33 TMRG06			
Sz./T 7	G33 TFCD07	G33 TFCG07	G33 TFRD07	G33 TFRG07	G33 TMCD07	G33 TMCG07	G33 TMRD07	G33 TMRG07			
Sz./T 8	G33 TFCD08 (1)	G33 TFCG08 (1)	G33 TFRD08 (1)	G33 TFRG08 (1)	G33 TMCD08 (1)	G33 TMCG08 (1)	G33 TMRD08 (1)	G33 TMRG08 (1)			

Tibial insert Plateau tibial	Fixed / Fixe				Rotating / Rotatoire							
	PS / Postéro-stabilisé				PS / Postéro-stabilisé				UC / Ultra-congruent			
	h.10mm	h.12mm	h.15mm	h.18mm	h.10mm	h.12mm	h.15mm	h.18mm	h.10mm	h.12mm	h.15mm	
Sz./T 0	G33 IFP010 (1)	G33 IFP012 (1)	G33 IFP015 (1)	-	G33 IMP110 (1)	G33 IMP112 (1)	G33 IMP115 (1)	G33 IMP118 (1)	G33 IMU110 (1)	G33 IMU112 (1)	G33 IMU115 (1)	
Sz./T 1	G33 IFP110 (1)	G33 IFP112 (1)	G33 IFP115 (1)	G33 IFP118 (1)	G33 IMP210	G33 IMP212	G33 IMP215	G33 IMP218 (1)	G33 IMU210	G33 IMU212	G33 IMU215	
Sz./T 2	G33 IFP210	G33 IFP212	G33 IFP215	G33 IFP218 (1)	G33 IMP310	G33 IMP312	G33 IMP315	G33 IMP318 (1)	G33 IMU310	G33 IMU312	G33 IMU315	
Sz./T 3	G33 IFP310	G33 IFP312	G33 IFP315	G33 IFP318 (1)	G33 IMP410	G33 IMP412	G33 IMP415	G33 IMP418 (1)	G33 IMU410	G33 IMU412	G33 IMU415	
Sz./T 4	G33 IFP410	G33 IFP412	G33 IFP415	G33 IFP418 (1)	G33 IMP510	G33 IMP512	G33 IMP515	G33 IMP518 (1)	G33 IMU510	G33 IMU512	G33 IMU515	
Sz./T 5	G33 IFP510	G33 IFP512	G33 IFP515	G33 IFP518 (1)	G33 IMP610	G33 IMP612	G33 IMP615	G33 IMP618 (1)	G33 IMU610	G33 IMU612	G33 IMU615	
Sz./T 6	G33 IFP610	G33 IFP612	G33 IFP615	G33 IFP618 (1)	G33 IMP710	G33 IMP712	G33 IMP715	G33 IMP718 (1)	G33 IMU710	G33 IMU712	G33 IMU715	
Sz./T 7	G33 IFP710	G33 IFP712	G33 IFP715	G33 IFP718 (1)	G33 IMP810	G33 IMP812	G33 IMP815	G33 IMP818 (1)	G33 IMU810	G33 IMU812	G33 IMU815	
Sz./T 8	G33 IFP810 (1)	G33 IFP812 (1)	G33 IFP815 (1)	G33 IFP818 (1)	G33 IMP910 (1)	G33 IMP912 (1)	G33 IMP915 (1)	G33 IMP918 (1)	G33 IMU910 (1)	G33 IMU912 (1)	G33 IMU915 (1)	
Sz./T 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Augment Cale	Tibial / Tibiale	
	h.5mm	h.10mm
	Sz./T. 0	G33 CT0500 (1) G33 CT1000 (1)
Sz./T. 1	G33 CT0501 (1) G33 CT1001 (1)	
Sz./T. 2	G33 CT0502 (1) G33 CT1002 (1)	
Sz./T. 3	G33 CT0503 (1) G33 CT1003 (1)	
Sz./T. 4	G33 CT0504 (1) G33 CT1004 (1)	
Sz./T. 5	G33 CT0505 (1) G33 CT1005 (1)	
Sz./T. 6	G33 CT0506 (1) G33 CT1006 (1)	
Sz./T. 7	G33 CT0507 (1) G33 CT1007 (1)	
Sz./T. 8	G33 CT0508 (1) G33 CT1008 (1)	



Total Knee Prosthesis
for Primary and Revision
Indications
Prothèse Totale de Genou pour
Indications Primaires et Révision

Mentions obligatoires

Les implants ROLFLEX TONIC sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTG) de genou.
Les implants ROLFLEX TONIC sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Pour plus de précision, merci de vous rendre sur le site www.ameli.fr.
Le chirurgien est expressément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0305 incluse dans le conditionnement du DM ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com, ainsi que du manuel de technique opératoire H34 451 (Rolflex TONIC coupes indépendantes) ou H50 452 (Rolflex TONIC coupes dépendantes) et H50 453 (Implant patellaire) délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible également en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Materials / Matériaux :

Condyles : CoCr according ISO5832-4 (cemented) or CoCr according ISO5832-4 coated with macroporous Ti (cementless)
Tibial Baseplate : CoCr according ISO5832-4 (cemented) and UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 or CoCr according ISO5832-4 coated with macroporous Ti (cementless) and UHMWPE according ISO 5834-1 & 2
Tibial Insert and Patella : PEXEL® UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 and Stainless Steel according ISO 5832-1
Tibial keel : CoCr according ISO5832-12. Augment : CoCr according ISO5832-4
Vacuum packaging VacUPac®. Gamma ray sterilised.
Condyles : CrCo selon ISO5832-4 (cimenté) ou CrCo selon ISO5832-4 revêtu Ti macroporeux (sans ciment)
Embase tibiale : CrCo selon ISO5832-4 (cimenté) et UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2 ou CrCo selon ISO5832-4 revêtu Ti macroporeux (sans ciment) et UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2
Plateau Tibial et Rotule : UHMWPE PEXEL® selon ISO 5834-1 et 2, et Inox selon ISO 5832-1
Quille Tibiale : CrCo selon ISO5832-12. Cale : CrCo selon ISO5832-4
Conditionnement sous vide VacUPac®. Stérilisation gamma.