evolutis-group.com

UNIC® Trauma

Humeral stem for fracture of the proximal humerus

Tige humérale pour fracture de l'humérus proximal

Evolutis GROUP

Developed on the basis of the UNIC anatomic and reverse shoulder system, the UNIC trauma stem is indicated for the fractures of the proximal humerus.
Slightly longer than the standard prosthesis, the UNIC Trauma has hollowed-out anterior and posterior surfaces with a three dimensional macrostructure to enchance the stability of the bony fragments.
UNIC trauma is compatible with all the components of the UNIC range: cup, glenoid base and sphere of the reverse version, humeral head and glenoid of the anatomic version, and the CTA head.

Elaborée sur la base des prothèses humérales UNIC anatomique et inversée, la tige UNIC Trauma est adaptée aux indications de fracture de l'humérus proximal.
Plus longue que la tige standard, elle présente des faces évidées dont la macrostructure en relief est destinée à favoriser l'accroche des fragments osseux.
UNIC Trauma est compatible avec l'ensemble des éléments de la gamme UNIC : cupule, base glénoïdienne et sphère du système inversé, tête humérale et glène du système anatomique, tête CTA.

• Large collar to limit secondary migration
• *Collerette large pour limiter la migration secondaire*

• "Clover" connection: full compatibility with the UNIC system
• *Connexion "trèfle": compatibilité totale au système UNIC*

• Compatibility with all components of the UNIC range*
• *Compatibilité avec l'ensemble des composants de la gamme UNIC**

• Medial hook & holes for suture threads and cerclages
• *Crochet interne et trous pour sutures et cerclages*

• Hollowed out anterior, posterior, and lateral surfaces: correct positioning of tuberosities
• *Evidement A/P et externe: repositionnement des tubérosités*

• 3D macrostructure to enchance fragment mechanical stability
• *Macrostructure 3D : ancrage mécanique des fragments*





• Suture tape loops: 3 colours to easily differentiate the threads
• *Sutures boucles bandelettes en 3 couleurs pour une différentiation facilitée des brins*

• Fluted shiny-polished distal tip can be cemented
• *Quille cylindro-conique polie-brillante cimentable*

• Instrumentation set (E28 9105 & E28 9106) suits all primary indications
• *Instrumentation (E28 9105 et E28 9106) couvre toutes les indications primaires*

UNIC® Trauma			
Description		Size	Cat. N°
Humeral Trauma Stem	*Tige Humérale Trauma*	S. 0	**E27 030**
Humeral Trauma Stem	*Tige Humérale Trauma*	S. 1	**E27 031**
Humeral Trauma Stem	*Tige Humérale Trauma*	S. 2	**E27 032**
Humeral Trauma Stem	*Tige Humérale Trauma*	S. 3	**E27 033**
Humeral Trauma Stem	*Tige Humérale Trauma*	S. 4	**E27 034**
SUTURE TAPE White	*Boucle SUTURE TAPE Blanche*	60cm	**HS237**
SUTURE TAPE Wh/Blue	*Boucle SUTURE TAPE Bl/Bleu*	60cm	**HS238**
SUTURE TAPE Wh/Black	*Boucle SUTURE TAPE Bl/Noir*	60cm	**HS239**
Humeral Augment XS	*Réhausseur huméral XS*		**E27 112**

Mentions légales :
Les implants UNIC Trauma sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplastiestotales anatomiques (PTEA) ou totales inversées (PTEI) ou hémi-prothèse (CTA) sur indications de fracture de l'épiphyse proximale de l'humérus. Les implants UNIC Trauma sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. En France, consulter les modailtés sur le site www.ameli.fr.
Le chirurgien est expressément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0314 incluse dans le conditionnement du DMI ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com, ainsi que du manuel de technique opératoire E28 453 (UNIC Trauma version FR), ou E28 454 (UNIC Trauma version EN) délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible également en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com.

Materials / *Matériaux :*
Stem: Titanium alloy TA6V according ISO 5832-3. Double coating porous titanium + calcium hydroxyapatite. Vacuum packed & double wrapped. Gamma ray sterilized.
Loop sutures: Thread HS-Fiber UHMXPE
Tige :Alliage de titane TA6V selon ISO 5832-3. Double revêtement titane poreux et hydroxyapatite de calcium. Conditionnement sous vide double sachet. Stérilisation rayons gamma.
Sutures : Fil HS-Fiber UHMXPE

CE 0426 Evolutis
10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France
Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

Evolutis GROUP

Aug. 2024 / Ref.: BL_UNIC TRAUMA DOC E28 [E28 433]
Numéro de référencement : 22/08/EVOLUTIS/PM/009
evolutis-group.com