evolutis-group.com

Captiv®OTM

Composite Ceramic or PEXEL crosslinked polyethylene acetabular cup

Cupule acétabulaire à insert céramique composite ou polyéthylène réticulé PEXEL

Evolutis GROUP

REFERENCES

Implants CAPTIV OTM

Description	Ø	Cat. N°	Liner post. wall *Insert à débord* UHMWPE	Liner Composite Ceram *Insert Céram composite*
Cup. CAPTIV OTM*	Ø44	H29 OT044*	H29 OT22010*	-
Cup. CAPTIV OTM*	Ø46	H29 OT046*		
Cup. CAPTIV OTM	Ø48	H29 OT048	H29 OT28020	H29 C32020
Cup. CAPTIV OTM	Ø50	H29 OT050		
Cup. CAPTIV OTM	Ø52	H29 OT052	H29 OT28030	H29 C36030
Cup. CAPTIV OTM	Ø54	H29 OT054		
Cup. CAPTIV OTM	Ø56	H29 OT056	H29 OT28040	H29 C36040
Cup. CAPTIV OTM	Ø58	H29 OT058		
Cup. CAPTIV OTM	Ø60	H29 OT060		
Cup. CAPTIV OTM	Ø62	H29 OT062	H29 OT28050	H29 C36050
Cup. CAPTIV OTM*	Ø64	H29 OT064*		
Cup. CAPTIV OTM*	Ø66	H29 OT066*		

Screws *Vis*

Dimension	Cat. N°
Ø6.0 lg.20mm	H15 SB6020
Ø6.0 lg.25mm	H15 SB6025
Ø6.0 lg.30mm	H15 SB6030
Ø6.0 lg.35mm	H15 SB6035
Ø6.0 lg.40mm	H15 SB6040
Ø6.0 lg.45mm	H15 SB6045
Ø6.0 lg.50mm	H15 SB6050

Implants available on special request
implants sur demande spéciale

Instrument Set CAPTIV OTM H30 9103 *Instrumentation*

Description	Cat. N°
Tray with lid *Panier avec couvercle*	H30 9003
Ceram liner extractor *Extracteur insert céram*	H30 001
Ceram liner holder *Préhenseur insert céram*	H30 002
Post. wall liner plate *Platine d'insert à débord*	H30 027
Drilling Guide *Guide de perçage*	H30 028
32/28 Head Ø reducer *Réducteur de Ø tête*	H30 3228
36/28 Head Ø reducer *Réducteur de Ø tête*	H30 3628
Trial liner Ø32/48-50 *Insert d'essai*	H30 A32020
Trial liner Ø36/52-54 *Insert d'essai*	H30 A36030
Trial liner Ø36/56-60 *Insert d'essai*	H30 A36040
Trial liner Ø36/62-66 *Insert d'essai*	H30 A36050
Depth Gauge *Mesureur de vis*	H03 004
Orientation rod *Tige d'orientation*	H03 007
Ø28 Liner impactor *Impacteur d'insert*	H03 024
Ø32 Liner impactor *Impacteur d'insert*	H03 025
Ø36 Liner impactor *Impacteur d'insert*	H03 029
Trial head Ø36 -4mm 12/14 *Tête d'essai*	H02 2360
Trial head Ø36 +0mm 12/14 *Tête d'essai*	H02 2361
Trial head Ø36 +4mm 12/14 *Tête d'essai*	H02 2362

Description	Cat. N°
Cup impaction handle *Manche impacteur cup.*	H03 026
Trial cup Ø48 *Cotyle d'essai*	H03 0248
Trial cup Ø50 *Cotyle d'essai*	H03 0250
Trial cup Ø52 *Cotyle d'essai*	H03 0252
Trial cup Ø54 *Cotyle d'essai*	H03 0254
Trial cup Ø56 *Cotyle d'essai*	H03 0256
Trial cup Ø58 *Cotyle d'essai*	H03 0258
Trial cup Ø60 *Cotyle d'essai*	H03 0260
Trial cup Ø62 *Cotyle d'essai*	H03 0262
Hex-screwdriver H3.5 *Tournevis hexagonal*	S01 005
Drill bit Ø3.2 Lg 25 *Mèche*	S01 010
Flex drilling tip Ø8mm Mini AO *Embout flexible*	S01 033

Options	Cat. N°
Curved cup impactor *Impacteur cup. courbe*	H30 025
Screw for curved imp. *Vis d'impacteur courbe*	H30 024
Wrench for curved imp. *Clé pour imp. courbe*	H62 003
Trial cup Ø44 *Cotyle d'essai*	H03 0244
Trial cup Ø46 *Cotyle d'essai*	H03 0246
Head pusher tip Ø22.2 *Embout pousse tête*	H03 023

UHMXPE
PEXEL

Composite
Ceramic
DELTA

Captiv® OTM

Instrumentation
H30 9103

Mentions légales :
Les implants CAPTIV OTM sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH) de la hanche.
Les implants CAPTIV OTM sont pris en en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Pour plus de précision, merci de vous rendre sur le site www.ameli.fr.
Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0303 incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire H30 452 délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com.

Materials / *Matériaux* :
Cup: TA6V titanium alloy according ISO 5832-3 and Calcium hydroxyapatite coating
Screw: TA6V titanium alloy according ISO 5832-3
Liner: UHMWPE accroding ISO 5834-1 and 2, or Composite Ceramic according EN ISO 6474-2
Packaging: vacuum packed and gamma ray sterilized
Cupule : alliage de titane TA6V selon ISO 5832-3 et HAC
Vis : alliage de titane TA6V selon ISO 5832-3
Insert : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2 ou Céramique composite selon EN ISO 6474-2
Conditionnement : emballage sous vide. Stérilisation rayons gamma.

CE 2797
10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France
18 Avenue du Polygone, 42300 Roanne, France
Tel : +33. (0)477.60.79.99 - Fax : +33. (0)477.60.79.90
Evolutis GROUP

Mar. 2026 / Réf. : BI_CAPTIV OTM FP H30
Numéro de référencement : 13/03/EVOLUTIS/PM/005