


Emergence[®]

Product Sheet

Fiche Produit



Cemented Charnley lipped Cup
*Cupule type Charnley
à cimenter avec débord*

References

Cups / Cupules EMERGENCE

	EMERGENCE PEXEL		EMERGENCE PEXEL-E	
	Ø 22 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)	Ø 32 (inner / interne)
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 40			H23 XE2840	
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 42	H23 E2242		H23 XE2842	
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 44	H23 E2244	H23 E2844		H23 XE3244
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 46		H23 E2846		H23 XE3246
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 48		H23 E2848		H23 XE3248
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 50		H23 E2850		H23 XE3250
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 52		H23 E2852		H23 XE3252
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 54		H23 E2854		H23 XE3254
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 56		H23 E2856		H23 XE3256
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 58		H23 E2558		H23 XE3258
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 60				H23 XE3260

Instrument set / Instrumentation

H24 9100

Impactor body for Ø22 and 28 cups	Corps d'impacteur pour cupules Ø 22 et 28	H24 E001
Impactor handle	Manche d'impacteur	H24 E002
Orientation rod	Tige d'orientation	E28 007
Impaction tip for Ø22mm cup	Embout pour tête Ø22	H03 023
Impaction tip for Ø28mm cup	Embout pour tête Ø28	H03 024
Impactor body for Ø32 cups	Corps d'impacteur pour cupules Ø 32	H24 E003
Impaction tip for Ø32mm cup	Embout pour tête Ø32	H03 025
Ø22mm trial cups	Cupules d'essai Ø22	H24 2242, H24 2244 to/à H24 2258
Ø28mm trial cups	Cupules d'essai Ø28	H24 2840, H24 2842, H24 2844 to/à H24 2858
Ø32mm trial cups	Cupules d'essai Ø32	H24 3244 to/à H24 3260

Text in blue: optional items not included in standard set / texte en bleu : composants en option, non inclus dans l'instrumentation de base



Mentions légales :

Les implants EMERGENCE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH).
Les implants EMERGENCE sont destinés uniquement à une fixation cimentée, NE PAS UTILISER ces implants dans le cadre d'une arthroplastie sans ciment.
Les implants EMERGENCE sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions, pour connaître les conditions spécifiques de prise en charge, merci de vous rendre sur le site officiel de l'assurance maladie www.ameli.fr.
Le chirurgien est invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0323 incluse dans le conditionnement du dispositif médical, ainsi que le manuel de technique opératoire (H24 431 - version FR ou H24 432 - version EN) délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com.

Materials / Matériaux :

Cups: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2, radiolucent ring in stainless steel according ISO 5832-1
Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging
Cupules : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, fil repère en acier inoxydable selon ISO 5832-1
Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac