

12/14 Metal and Ceramic Femoral Heads
Têtes Fémorales Métal et Céramique 12/14



REFERENCES

Femoral Heads Têtes fémorales

High Nitrogen
Content SS
Acier inoxydable dopé à
l'azote ISO 5832-9

Cobalt-
Chromium Alloy
Alliage de
Chrome-Cobalt
ISO 5832-12

BIOLOX® DELTA
Alumina/Zirconium
Composite Ceramic
Céramique Composite
Alumine/Zircone
ISO 6474-2

ELEC® Plus
Alumina/Zirconium
Composite Ceramic
Céramique Composite
Alumine/Zircone
ISO 6474-2

Chromium
Oxide **FREE**
SANS Oxyde de
Chrome



Ø22	S	H11 1220	H10 1220	-	-
	M	H11 1221	H10 1221	-	-
	L	H11 1222	H10 1222	-	-
Ø28	XS	H11 1279	H10 1279	-	-
	S	H11 1280	H10 1280	H14 C1280	110230
	M	H11 1281	H10 1281	H14 C1281	110240
	L	H11 1282	H10 1282	H14 C1282	110250
	XL	H11 1283	H10 1283	-	-
Ø32	S	H11 1320	H10 1320	H14 C1320	110260
	M	H11 1321	H10 1321	H14 C1321	110270
	L	H11 1322	H10 1322	H14 C1322	110280
	XL	H11 1323	H10 1323	H14 C1323	110291
Ø36	S	-	H10 1360	H14 C1360	110300
	M	-	H10 1361	H14 C1361	110310
	L	-	H10 1362	H14 C1362	110320
	XL	-	H10 1363	H14 C1363	110330

WARNING:

Stainless steel and cobalt-chromium heads are not suitable for friction with ceramic liners. Use only for friction with standard or highly crosslinked polyethylene liners. Biolox DELTA® ceramic heads: use only for friction on standard and highly cross-linked polyethylene inserts or Biolox DELTA® ceramic inserts.

HiPer ELEC® PLUS ceramic heads: use only for friction on standard and highly cross-linked polyethylene inserts or HiPer ELEC® PLUS ceramic inserts.

In case of an isolated revision of a ceramic head it is disadvised to reimplant the new ceramic head directly on the morse taper of the femoral stem.

AVERTISSEMENT :

Têtes acier inoxydable et chrome-cobalt : non compatibles pour frottement sur insert céramique. Utiliser uniquement pour frottement sur insert polyéthylène standard et hautement réticulé.

Têtes céramique Biolox DELTA® : utiliser uniquement pour frottement sur insert polyéthylène standard et hautement réticulé ou sur insert céramique Biolox DELTA®.

Têtes céramique HiPer ELEC® Plus : utiliser uniquement pour frottement sur insert polyéthylène standard et hautement réticulé ou sur insert céramique HiPer ELEC® Plus.

CE certification of implants covered by CE0483. CE certification of ELEC® Plus covered by CE0482 distributed by  EVOLUTIS.



10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France
18 Avenue du Polygone, 42300 Roanne, France
Tel : +33. (0)477.60.79.99 - Fax : +33. (0)477.60.79.90

