

MOONSTONE®

Product Sheet


Fiche Produit



MOONSTONE
with locking ring
à bague



MOONSTONE
constrained
rétentive



Bipolar Cup with positive excentration^(*)
Cupule Bipolaire à excentration positive^()*



References

Bipolar Cup with ring Cupule Bipolaire à bague

Inner ø Interne	Shell ø Cupule	Cat. N°
ø22.2	ø39	H35 2239
	ø40	H35 2240*
	ø41	H35 2241
	ø42	H35 2242*
	ø43	H35 2243
	ø44	H35 2244*
	ø45	H35 2245
ø28	ø43	H35 2843
	ø44	H35 2844*
	ø45	H35 2845
	ø46	H35 2846*
	ø47	H35 2847
	ø48	H35 2848*
	ø49	H35 2849
	ø50	H35 2850*
	ø51	H35 2851
	ø52	H35 2852*
	ø53	H35 2853
	ø54	H35 2854*
	ø55	H35 2855
	ø56	H35 2856*
	ø57	H35 2857
	ø59	H35 2859
	ø60	H35 2860*


Bipolar Cup constrained Cupule Bipolaire rétentive

Inner ø Interne	Shell ø Cupule	Cat. N°
ø28	ø43	H35 R2843
	ø45	H35 R2845
	ø47	H35 R2847
	ø49	H35 R2849
	ø51	H35 R2851
	ø53	H35 R2853
	ø55	H35 R2855
	ø57	H35 R2857
	ø59	H35 R2859

Instrumentation

System / Système	Description	Cat. N°
Common Commun	Head sizing gauge Mesureur de tête	H36 001
	Cup impactor tip Embout d'impaction	H36 002
	Impactor shaft Manche d'impaction	H01 023
	Caliper plate Plaque de calibrage	H36 003
With ring A bague	Ring forceps Pince à bague	S01 006
Constrained Rétentif	Press for insert Presse à insert	H52 033
	Press screw Vis de presse	H52 030
	Insert impactor tip Embout poussoir d'insert	H52 035
	Head centralizer Centreur de tête	H52 031

* Items available on special request / Implants disponibles sur demande spéciale.



(*) Positive Excentration / Excentration positive :

Center of rotation of the head medialized with regard to the center of rotation of the cup: during the gait the centers of rotation align on the axis of JRF (Joint Resultant Force - Pauwels) and the cup realigns perpendicularly to the femoral neck.

Centre de rotation de la tête médialisé par rapport au centre de rotation de la cupule : lors de la mise en charge les centres de rotation s'alignent sur l'axe de JRF (Joint Resultant Force - Pauwels) et la cupule se recentre automatiquement par rapport au col fémoral.

Mentions légales :

Les implants MOONSTONE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires intermédiaires (PIH) de la hanche.

Les implants MOONSTONE sont pris en charge par l'assurance maladie. Renseignements sur www.ameli.fr.

Le chirurgien est expressément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0323 incluse dans le conditionnement du DMI ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com, ainsi que du manuel de technique opératoire H36 452 (version FR) ou H36 451 (version EN) délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible également en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com.

Materials / Matériaux :

Cups: Stainless steel according ISO 5832-1 (shell) and UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 (liner)

Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging

Cupules : Acier inoxydable selon ISO 5832-1 (extérieur) et UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2 (intérieur)

Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac