

Rolflex TONIC®

Total Knee Prosthesis for Primary
and Revision Indications
*Prothèse Totale de Genou pour
Indications Primaires et Révision*


There is no joint in the human body on which the locomotion has imposed a heavier load, and there is no joint either more prompt to experience the abuse.

Build a joint so exposed to mechanical stresses with any insurance of safety was attempting the impossible for the ingenuity of the nature.



A.Steindler (1)

REFERENCES



- 1 • PS or UC Condyles / Condyles PS ou UC
- 2 • PS or UC Inserts / Plateaux PS ou UC
- 3 • Fixed or Rotating Baseplate / Embases Fixe ou Rotatoire
- 4 • Cementless or Cemented versions / Versions Sans Ciment ou Cimentée
- 5 • 20 and 40mm Extension Keel / Quilles d'Extension 20 et 40mm
- 6 • Tibial Augments / Cales Tibiales

Condyles Condyles	PS / Postéro-Stabilisés						UC / Ultra-congruents						Patella Rotule		
	Cemented / A cimenter			Cementless / Sans ciment			Cemented / A cimenter			Cementless / Sans ciment					
	R/D	L/G	(1)	R/D	L/G	(1)	R/D	L/G	(1)	R/D	L/G	(1)	R/D	L/G	(1)
Sz./T.1	G33 FPCD01	G33 FPCG01		G33 FPRD01	G33 FPRG01		G33 FUCD01	G33 FUCG01		G33 FURD01	G33 FURG01		ø23	Inlay/Encastrée	G33 ROT023
Sz./T.2	G33 FPCD02	G33 FPCG02		G33 FPRD02	G33 FPRG02		G33 FUCD02	G33 FUCG02		G33 FURD02	G33 FURG02		ø25	Inlay/Encastrée	G33 ROT025
Sz./T.3	G33 FPCD03	G33 FPCG03		G33 FPRD03	G33 FPRG03		G33 FUCD03	G33 FUCG03		G33 FURD03	G33 FURG03		ø28	Inlay/Encastrée	G33 ROT028
Sz./T.4	G33 FPCD04	G33 FPCG04		G33 FPRD04	G33 FPRG04		G33 FUCD04	G33 FUCG04		G33 FURD04	G33 FURG04		ø27	Onlay/Resurfage	G33 ROT027
Sz./T.5	G33 FPCD05	G33 FPCG05		G33 FPRD05	G33 FPRG05		G33 FUCD05	G33 FUCG05		G33 FURD05	G33 FURG05		ø31	Onlay/Resurfage	G33 ROT031
Sz./T.6	G33 FPCD06	G33 FPCG06		G33 FPRD06	G33 FPRG06		G33 FUCD06	G33 FUCG06		G33 FURD06	G33 FURG06		ø36	Onlay/Resurfage	G33 ROT036
Sz./T.7	G33 FPCD07	G33 FPCG07		G33 FPRD07	G33 FPRG07		G33 FUCD07	G33 FUCG07		G33 FURD07	G33 FURG07				
Sz./T.8	G33 FPCD08	G33 FPCG08		G33 FPRD08	G33 FPRG08		G33 FUCD08	G33 FUCG08		G33 FURD08	G33 FURG08				
Sz./T.9	G33 FPCD09	G33 FPCG09	(1)	G33 FPRD09	G33 FPRG09	(1)	G33 FUCD09	G33 FUCG09	(1)	G33 FURD09	G33 FURG09	(1)			

Tibial Baseplate Embase tibiale	Fixed / Fixe						Rotating / Rotatoire						Tibial Keel Quille Tibiale		
	Cemented / A cimenter			Cementless / Sans ciment			Cemented / A cimenter			Cementless / Sans ciment					
	R/D	L/G	(1)	R/D	L/G	(1)	R/D	L/G	(1)	R/D	L/G	(1)	R/D	L/G	(1)
Sz./T.0	G33 TFCDD00	G33 TFCG00	(1)	G33 TFRD00	G33 TFRG00	(1)	G33 TMCD00	G33 TMCG00	(1)	G33 TMRD00	G33 TMRG00	(1)	ø13	1.20mm	G33 QT1320
Sz./T.1	G33 TFCDD01	G33 TFCG01	(1)	G33 TFRD01	G33 TFRG01	(1)	G33 TMCD01	G33 TMCG01	(1)	G33 TMRD01	G33 TMRG01	(1)	ø13	1.40mm	G33 QT1340
Sz./T.2	G33 TFCDD02	G33 TFCG02		G33 TFRD02	G33 TFRG02		G33 TMCD02	G33 TMCG02		G33 TMRD02	G33 TMRG02		ø13	1.70mm	G33 QT1370
Sz./T.3	G33 TFCDD03	G33 TFCG03		G33 TFRD03	G33 TFRG03		G33 TMCD03	G33 TMCG03		G33 TMRD03	G33 TMRG03		ø13	1.110mm	G33 QT13110
Sz./T.4	G33 TFCDD04	G33 TFCG04		G33 TFRD04	G33 TFRG04		G33 TMCD04	G33 TMCG04		G33 TMRD04	G33 TMRG04		ø15	1.20mm	G33 QT1520
Sz./T.5	G33 TFCDD05	G33 TFCG05		G33 TFRD05	G33 TFRG05		G33 TMCD05	G33 TMCG05		G33 TMRD05	G33 TMRG05		ø17	1.20mm	G33 QT1720
Sz./T.6	G33 TFCDD06	G33 TFCG06		G33 TFRD06	G33 TFRG06		G33 TMCD06	G33 TMCG06		G33 TMRD06	G33 TMRG06				
Sz./T.7	G33 TFCDD07	G33 TFCG07		G33 TFRD07	G33 TFRG07		G33 TMCD07	G33 TMCG07		G33 TMRD07	G33 TMRG07				
Sz./T.8	G33 TFCDD08	G33 TFCG08	(1)	G33 TFRD08	G33 TFRG08	(1)	G33 TMCD08	G33 TMCG08	(1)	G33 TMRD08	G33 TMRG08	(1)			

Tibial insert Plateau tibial	Fixed / Fixe						Rotating / Rotatoire						
	PS / Postéro-stabilisé						UC / Ultra-congruent						
	h.10mm		h.12mm		h.15mm		h.10mm		h.12mm		h.15mm		
Sz./T.0	G33 IFP010	G33 IFP012	G33 IFP015				G33 IMP110	G33 IMP112	G33 IMP115	G33 IMP118	G33 IMU110	G33 IMU112	G33 IMU115
Sz./T.1	G33 IFP110	G33 IFP112	G33 IFP115	G33 IFP118			G33 IMP210	G33 IMP212	G33 IMP215	G33 IMP218	G33 IMU210	G33 IMU212	G33 IMU215
Sz./T.2	G33 IFP210	G33 IFP212	G33 IFP215	G33 IFP218			G33 IMP310	G33 IMP312	G33 IMP315	G33 IMP318	G33 IMU310	G33 IMU312	G33 IMU315
Sz./T.3	G33 IFP310	G33 IFP312	G33 IFP315	G33 IFP318			G33 IMP410	G33 IMP412	G33 IMP415	G33 IMP418	G33 IMU410	G33 IMU412	G33 IMU415
Sz./T.4	G33 IFP410	G33 IFP412	G33 IFP415	G33 IFP418			G33 IMP510	G33 IMP512	G33 IMP515	G33 IMP518	G33 IMU510	G33 IMU512	G33 IMU515
Sz./T.5	G33 IFP510	G33 IFP512	G33 IFP515	G33 IFP518			G33 IMP610	G33 IMP612	G33 IMP615	G33 IMP618	G33 IMU610	G33 IMU612	G33 IMU615
Sz./T.6	G33 IFP610	G33 IFP612	G33 IFP615	G33 IFP618			G33 IMP710	G33 IMP712	G33 IMP715	G33 IMP718	G33 IMU710	G33 IMU712	G33 IMU715
Sz./T.7	G33 IFP710	G33 IFP712	G33 IFP715	G33 IFP718			G33 IMP810	G33 IMP812	G33 IMP815	G33 IMP818	G33 IMU810	G33 IMU812	G33 IMU815
Sz./T.8	G33 IFP810	G33 IFP812	G33 IFP815	G33 IFP818			G33 IMP910	G33 IMP912	G33 IMP915	G33 IMP918	G33 IMU910	G33 IMU912	G33 IMU915
Sz./T.9													

Augment Cale	Tibial / Tibiale	
	h.5mm	h.10mm
	Sz./T.0	G33 CT0500
Sz./T.1	G33 CT0501	G33 CT1001
Sz./T.2	G33 CT0502	G33 CT1002
Sz./T.3	G33 CT0503	G33 CT1003
Sz./T.4	G33 CT0504	G33 CT1004
Sz./T.5	G33 CT0505	G33 CT1005
Sz./T.6	G33 CT0506	G33 CT1006
Sz./T.7	G33 CT0507	G33 CT1007
Sz./T.8	G33 CT0508	G33 CT1008

Mentions obligatoires :

Les implants ROLIFLEX TONIC sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTG) de genou.
 Les implants ROLIFLEX TONIC sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Pour plus de précision, merci de vous rendre sur le site www.ameli.fr.
 Le chirurgien est expressément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0315 incluse dans le conditionnement du DM ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com, ainsi que du manuel de technique opératoire G34 451 (Rolflex TONIC coupes indépendantes) ou G34 452 (Rolflex TONIC coupes dépendantes) ou G34 455 (Rolflex TONIC coupe fémorale première) et G34 453 (Implant patellaire inlay) ou G34 454 (Implant patellaire onlay) délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible également en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com.

(1) Sizes of implants available only on request, not included in the standard set.
 (1) Taille d'implants disponibles uniquement sur demande, non inclus dans la gamme livrée en standard.

Materials / Matériaux :

Condyles : CoCr according ISO5832-4 (cemented) or CoCr according ISO5832-4 coated with macroporous Ti (cementless)
 Tibial Baseplate : CoCr according ISO5832-4 (cemented) and UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 or CoCr according ISO5832-4 coated with macroporous Ti (cementless) and UHMWPE according ISO 5834-1 & 2
 Tibial Insert : PEXEL® UHMWPE according ISO 5834-1 & 2
 Patella : PEXEL® UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 and Stainless Steel according ISO 5832-1
 Tibial keel : CoCr according ISO5832-12. Augment : CoCr according ISO5832-4

Vacuum packaging VacUPac®. Gamma ray sterilised.

Condyles : CrCo selon ISO5832-4 (cimenté) ou CrCo selon ISO5832-4 revêtu Ti macroporeux (sans ciment)
 Embase tibiale : CrCo selon ISO5832-4 (cimenté) et UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2 ou CrCo selon ISO5832-4 revêtu Ti macroporeux (sans ciment) et UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2
 Plateau Tibial : UHMWPE PEXEL® selon ISO 5834-1 et 2
 Rotule : UHMWPE PEXEL® selon ISO 5834-1 et 2, et Inox selon 5832-1
 Quille Tibiale : CrCo selon ISO5832-12. Cale : CrCo selon ISO5832-4

Conditionnement sous vide VacUPac®. Stérilisation gamma.