

Emergence[®]

Scheda Prodotto



*Protesi totale di
anca cementata*



Referenze

Stem / Tige EMERGENCE

Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 0	H41 000
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 1	H41 001
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 2	H41 002
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 3	H41 003
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 4	H41 004
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 5	H41 005
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 6	H41 006

Stainless Steel Femoral Head / Tête fémorale Inox

	Ø 22.2	Ø 28
XS	-	H11 0279
S	H11 0220	H11 0280
M	H11 0221	H11 0281
L	H11 0222	H11 0282
XL	-	H11 0283

Cup / Cupule EMERGENCE

	Ø 22.2 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 42	H23 E2242	
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 44	H23 E2244	H23 E2844
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 46		H23 E2846
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 48		H23 E2848
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 50		H23 E2850
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 52		H23 E2852
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 54		H23 E2854
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 56		H23 E2856
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 58		H23 E2858

Instrumentation H24 9100 Instrument set

Femoral Instrumentation / Instrumentation Fémorale	H42 9100
Acetabular Instrumentation / Instrumentation Cotyle	H24 9100



Note Legali:

Gli impianti EMERGENCE sono dei dispositivi medici impiantabili di III Classe indicati nelle artroplastiche di prima intenzione (PTA).
 Gli impianti EMERGENCE sono destinati unicamente ad una fissazione cementata, NON UTILIZZARE questi dispositivi in caso di artroplastiche non cementate.
 Gli impianti EMERGENCE sono presi in carico dall'assicurazione medica.
 Il chirurgo è espressamente invitato a leggere attentamente le istruzioni, menzionate sulle modalità d'uso incluse nella confezione del DISPOSITIVO MEDICO, così come nel manuale di tecnica operatoria consegnato con il prodotto o disponibile al download sul sito www.evolutis-group.com.

Materiali:

Steli: Acciaio Inossidabile ad alto tenore di azoto conforme ISO 5832-9
 Cotile: UHMWPE conforme ISO 5834-1 e 2, filo in acciaio inossidabile conforme ISO 5832-1
 Testa del femore: ceramica d'alluminio pura conforme ISO 6474-1 o acciaio Acciaio Inossidabile ad alto tenore di azoto conforme ISO 5832-9.
 Confezione: VacUpac. Sterilizzazione: Raggi Gamma

Certificazione CE degli impianti coperti da CE0427, ad eccezione delle teste femorali coperte da CE0483. Certificazione CE degli strumenti coperti da CE0426.



2797

10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France
 18 Avenue du Polygone, 42300 Roanne, France
 Tel : +33. (0)477.60.79.99 - Fax : +33. (0)477.60.79.90



Evolutis Italia S.r.l.
 Via Lirone 60/C, 40013 – Castel
 Maggiore, Bologna, Italia
 Tel : +39 051 284 0007
customerservice@evolutisitalia.it
evolutis-group.com/it