

Captiv FREELINER®

Scheda Prodotto

*Coppa Acetabolare per inserti in Ceramica o
Polietilene altamente reticolato PEXEL®-E*



Captiv FREELINER®

Mar. 2026 / Ref: IT_FREELINER FP H76 (H76 433)

(*) : Riferimenti disponibile sotto richiesta speciale

Ref. Coppa.	Ref. Inserto				
	Ø28	Ø32	Ø36	Ø32	Ø36
	UHMWPE «PEXEL»	XLPE «PEXEL-E»		CERAMICA	

Ø44 (*)	H75 4438(*)	H75 P3828(*)			
Ø46	H75 4640				
Ø48	H75 4840	H75 P4028	H75 XE4032		H75 C4032
Ø50	H75 5044				
Ø52	H75 5244	H75 P4428	H75 XE4432	H75 XE4436	H75 C4436
Ø54	H75 5448				
Ø56	H75 5648	H75 P4828	H75 XE4832(*)	H75 XE4836	H75 C4836
Ø58	H75 5850				
Ø60	H75 6050	H75 P5028	H75 XE5032(*)	H75 XE5036	H75 C5036
Ø62	H75 6254				
Ø64	H75 6454	H75 P5428	H75 XE5432(*)	H75 XE5436	H75 C5436
Ø66(*)	H75 6654(*)				



Un codice di colore (rosso, giallo, azzurro, arancione, verde, rosa) facilita la corrispondenza tra la coppa e l'inserto.
Per esempio, per una coppa di 58 mm di diametro, bisognerà selezionare uno degli inserti corrispondenti nella linea di colore verde.

Viti para coppa

	lg.	Ref
Vite Ø6	20 mm	H15 SB6020
Vite Ø6	25 mm	H15 SB6025
Vite Ø6	30 mm	H15 SB6030
Vite Ø6	35 mm	H15 SB6035
Vite Ø6	40 mm	H15 SB6040
Vite Ø6	45 mm	H15 SB6045
Vite Ø6	50 mm	H15 SB6050



Note Legali:

Gli impianti CAPTIV FREELINER® sono dei dispositivi medici impiantabili di III Classe indicati per le artroplastiche dell'anca.

Gli impianti CAPTIV FREELINER® sono presi in carico dall'assicurazione malattia secondo determinate condizioni.

Il chirurgo è espressamente invitato a leggere attentamente le istruzioni, menzionate sulle modalità d'uso incluse nella confezione del DISPOSITIVO MEDICO, così come nel manuale di tecnica operatoria consegnato con il prodotto o disponibile al download sul sito www.evolutis-group.com

Materiale:

Coppa: lega di titanio TA6V secondo l'ISO 5832-3. Rivestimento bicapa di titanio poroso e CaHA

Vite: lega di titanio TA6V secondo l'ISO 5832-3

Inserto: UHMWPE secondo l'ISO 5834-1 & 2 e acciaio inossidabile ISO 5832-1 o ceramica composta secondo l'ISO 6474-2

Imballaggio: imbottigliato al vuoto. Sterilizzazione con raggi gamma.



10 Place des Tuilleries, 42720 Briennon, France



18 Avenue du Polygone, 42300 Roanne, France

Tel : +33. (0)477.60.79.99 - Fax : +33. (0)477.60.79.90



evolutis-group.com